

Κλειστά συστήματα διπλών ασκών για πλήση μίας μονάδας συμπυκνωμένων και λευκαφαιρεμένων ερυθρών

Το σύστημα να περιλαμβάνει :

- δύο (2) ρύγχη σύνδεσης, ένα για τον ασκό του αίματος και ένα για τον φυσιολογικό ορό,
- δύο (2) διακόπτες ροής, έναν σε κάθε σωλήνωση κάτω από τα ρύγχη σύνδεσης,
- δύο ενσωματωμένους ασκούς από PVC, ένα για την συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και ένα για τα απόβλητα.

Ο τελικός ασκός του προς μετάγγιση παραγώγου, να διαθέτει δυο port εξόδου.

Ο δεύτερος ασκός που προορίζεται για τα απόβλητα, να μη διαθέτει port εξόδου.

Ο ασκός των ερυθρών να είναι άριστης ποιότητας, απόλυτα διαυγής, άχρωμος και κοίλος για την άριστη συντήρηση και μεταφορά των ερυθρών και την αποφυγή θρόμβων.

Τα συστήματα να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση.

Οι ετικέτες των ασκών να διαθέτουν πικτογράμματα για τη σωστή χρήση του παραγόμενου προϊόντος και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.