



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: **Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ**

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

26

Αθήνα 03/09/2026

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

(ΚΩΔ. 27004085)

Σετ γαστροστομίας τύπου PULL συνδυασμένης διαδερμικής-ενδοσκοπικής τοποθέτησης, αποτελούμενο από:

- Σωλήνα σίτισης από διαφανή σιλικόνη υψηλής ποιότητας, που να διατίθεται σε διάμετρο 24Fr, αφαιρούμενο εξωτερικά-μη ενδοσκοπικά, χωρίς την εισαγωγή ενδοσκοπίου με χρήση της τεχνικής έλξεως, με ενδείξεις βάθους ανά 2cm και ακτινοσκοιρό άκρο σε σχήμα τουλίπας για καλύτερη συγκράτησή του στο τοίχωμα του στομάχου. Να φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης δύο δρόμων, για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων και ανατομικά πέλματα για την καθήλωσή του στο δέρμα
- Σύρμα εισαγωγής, μήκους 150cm, κεκαμμένο, με επικάλυψη Teflon
- Βρόγχο σύλληψης με θηκάρι Teflon και εύχρηστη λαβή χειρισμού ενός χεριού 3 δακτύλων
- Κάλυμμα έκθεσης χειρουργικού πεδίου
- Σωληνίσκο με βελόνα εισαγωγής,
- Νυστέρι, Γάζες, Ψαλίδι, Σύριγγα 6cc,
- Προσαρμοστές του σωλήνα σίτισης μονού και διπλού αυλού (universal adapter, bolus adapter),
- Εξαρτήματα ασφάλισης-στερέωσης του σωλήνα σίτισης (που δεν απαιτούν ραφές στο δέρμα) ώστε να αποφευχθεί μελλοντική μετακίνησή του.

νου
Σ),
ΙΜΑ:

1^η ΥΠΕ Γ.Ν.Α. ΕΛΕΝΑ
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΑΣΤΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΚΑ: 21000051 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 77629