

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ**

2026

- ❖ Να είναι αλκοολούχο έτοιμο διάλυμα, με περιεκτικότητα σε αλκοόλες μεγαλύτερη του 60%.
- ❖ Να μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες, χλώριο και να μην είναι ιωδοφόρο.
- ❖ Να είναι δραστικά έναντι στελεχών όπως αυτά ορίζονται από το Πρότυπο EN 14885:2022 και συγκεκριμένα έναντι **βακτηρίων** (EN 13727 & EN 17387), **μυκήτων** (EN 13624 & EN 17387), **φυματιοκτόνο/μυκοβακτηριοκτόνο** (EN 14348) και **ιοκτόνο** (EN 14476 & EN 16777) (HBV, HCV, HIV) με ταχεία δράση εντός 5 λεπτών.
- ❖ Να είναι μη οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες και κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες.
- ❖ Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρου με σύστημα ψεκασμού με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου και **για το κάθε σκεύασμα να προσκομίζεται και η αντίστοιχη αντλία.**
- ❖ Οι αντλίες ψεκασμού να διατίθενται δωρεάν.
- ❖ Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
- ❖ Να διαθέτει καταχώρηση στο PCN.
- ❖ Να φέρει άδεια Ε.Ο.Φ. ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών αλλά και ιατροτεχνολογικού νοσοκομειακού εξοπλισμού.
- ❖ Βεβαίωση Συμμόρφωσης του διανομέα σύμφωνα με την Δ3(α)/4822/2025 (ΦΕΚ 1197B/12-3-2025) για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.
- ❖ **Να σταλεί δείγμα προς αξιολόγηση.**
- ❖ Να κατατεθούν προς αξιολόγηση:
 - I. Το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή μετάφραση στα ελληνικά.
 - II. Το επικαιροποιημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά.
 - III. Το αντίγραφο της εν ισχύ σήμανσης CE του προϊόντος .
 - IV. Το αντίγραφο της άδειας ΕΟΦ
 - V. Η καταχώρηση του σκεύασματος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ.

- VI. Το αντίγραφο της καταχώρησης του σκευάσματος στο PCN εφόσον απαιτείται.
- VII. Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015