



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

Αθήνα 02/06/2020

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΠ

ΠΛΗΡΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 16MM

-Να διαθέτει εύκαμπτο φέροντα καθετήρα με επικάλυψη Teflon υψηλής προωθητικότητας, ειδικής κατασκευής ελικοειδούς πηνίου **ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη αναλογική περιστροφική ανταπόκριση του clip στους εξωτερικούς χειρισμούς**

-μήκος καθετήρα 230cm, κατάλληλο για χρήση τόσο με γαστροσκόπιο όσο και με κολονοσκόπιο,

-Το clip να διαθέτει οδοντωτά άκρα σιαγόνων για ασφαλή σύλληψη του βλεννογόνου χωρίς να "γλιστράει"

-Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι **με διπλές εσωτερικές ενισχυτικές ευρείες σιαγόνες νιτινόλης ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη σταθερότητα, το πολύ ισχυρό κλείσιμο και άνοιγμα του clip και η παραμονή του clip για μεγάλο διάστημα μετά την αρχική τοποθέτηση**

Να φέρει ενσωματωμένη περιστρεφόμενη εργονομική λαβή χειρισμού ασφαλείας για εύκολο και ακριβή χειρισμό με ένα χέρι, μέσω της οποίας το clip περιστρέφεται πλήρως αναλογικά κατά 360 μοίρες και επιπλέον ανοιγοκλείνει τουλάχιστον 5 φορές πριν την τελική απελευθέρωση,

Να διαθέτει επίσημη ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπεκτομή και είναι επίσης κατάλληλο για καθήλωση καθετήρων σίτισης καθώς και μεταλλικών ενδοπροσθέσεων

Να είναι ασφαλές για χρήση σε μαγνητική τομογραφία με στατικό μαγνητικό πεδίο μικρότερο ή ίσο με 3 Tesla

Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΑΣΤΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το ΥΠΕ - ΕΠΙΧ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367