



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: **Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ**

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

Αθήνα 31/05/2021

ΒΡΟΧΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Να παρέχουν ταυτόχρονη ικανότητα κοπής του πολύποδα με ή χωρίς καυτηριασμό.
- Να διαθέτουν εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με διαβαθμίσεις.
- Να διατίθενται σε σχήμα εξαγωνικό διαμέτρου 10mm και 15mm.
- Να διατίθενται με σύρμα κοπής διαμέτρου 0,3mm.
- Να διατίθενται για ελάχιστο κανάλι εργασίας 2.6mm και μήκος εργασίας 230 mm
- Να διατηρούν το σχήμα τους ακόμη και μετά από επανειλημμένες κοπές.

Σ.ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΑΣΤΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ