



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

Αθήνα 31/05/2021

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΠ

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ με άνοιγμα μεγάλης διαμέτρου 11mm μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μήκους 155 cm ή 235 cm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων τουλάχιστον **11mm** και να περιστρέφονται αναλογικά 1:1 κατά 360° με ειδικό μηχανισμό. Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,8mm. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο, να έχουν ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπεκτομή, διατρήσεων <2cm και καθήλωση καθετήρων σίτισης. Να υπάρχει διεθνής βιβλιογραφική αναφορά

Σ.ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΑΣΤΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

