



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: **Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ**

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

Αθήνα 20/07/2021

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Μεταλλική αυτοεκπτυσσόμενη ενδοπρόθεση οισοφάγου με επικάλυψη σιλικόνης.

Να είναι κατασκευασμένη από κράμα Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol) πολυγωνικής σχεδίασης Hook & Cross Wire Structure μικρών κοιλοτήτων, εξασφαλίζοντας την μείωση του φαινομένου της συρρίκνωσης του μήκους της πρόθεσης.

Να διαθέτει νήμα απόσυρσης επιτρέποντας την αφαίρεση του stent ή την επανατοποθέτησή του. Με ειδικής σχεδίασης στρογγυλεμένα, ατραυματικά άκρα για την αποφυγή μετανάστευσης. Να έχει υψηλή ακτινική δύναμη και άριστη ευκαμψία για την βέλτιστη εφαρμογή του πλέγματος στα τοιχώματα του οισοφάγου. Να παρέχει τμηματική συμπίεση εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντίσταση.

Με επικάλυψη σιλικόνης σε όλο το μήκος του stent αποτρέποντας την είσοδο του όγκου μέσω των κυψελών. Να διατίθεται με διάμετρο 18mm και σε μήκη 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm & 160mm. Να διατίθεται με σύστημα εισαγωγής με εργονομική λαβή σχήματος I και καθετήρα PTFE (Teflon) με ευκρινή διαγράμμιση ανά εκατοστό σε διαμέτρους 5mm και 6mm και με μήκος 70cm. Να διατίθενται εναλλακτικά και με βαλβίδα "Anti-Reflux", αποτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, με διάμετρο 22mm και σε μήκη 90mm, 110mm, 130mm, και 150mm με διάμετρο 7mm. Να είναι συμβατές με Μαγνητικό Τομογράφο (MRI) μέχρι 3 Tesla.

Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"