



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: **Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ**

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

Αθήνα 16/09/2021

ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
(Coagrasper)

- Να είναι μήκους 2300mm
- Να διαθέτει άνοιγμα σιαγόνων 4 mm και 5mm
- Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό περιστροφής.
- Να δύναται να συνδεθεί με ηλεκτροχειρουργική διαθερμία.
- Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό σιαγόνων για σύλληψη και αιμόσταση αιμορραγούντων σημείων.

Σ.ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΑΣΤΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

