

Προδιαγραφές για αυτόματο πιστόλι βιοψίας μαστού

1. Η βελόνα να είναι ατραυματική και να διαθέτει ηχογενές άκρο αλλά και ηχογενείς σημάνσεις ανά εκατοστό για τον εύκολο προσδιορισμό του βάθους διείσδυσης.
2. Ο χώρος λήψης δείγματος της βελόνας να είναι τουλάχιστο 18 χιλιοστά ώστε να είναι κατάλληλη ιστολογική βιοψία ενώ η βελόνα να είναι διαστάσεων 14G/100mm
3. Η πυροδότηση να γίνεται σε 2 πλήρως διαχωρισμένες φάσεις, ώστε η βελόνα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αυτόματη όσο και ως ημιαυτόματη.
4. Να διαθέτει 2 κουμπιά πυροδότησης, ένα στο πλαϊνό μέρος και ένα στο πίσω για μέγιστη εργονομία και χρήση με το ένα χέρι.
5. Ο χρήστης ιατρός να έχει δυνατότητα διόρθωσης και επανατοποθέτησης της βελόνας πριν την λήψη του δείγματος, χωρίς να απαιτείται η εξαγωγή της βελόνας από το σώμα του ασθενούς.
6. Να διαθέτει οπτική ένδειξη όπλισης για την ασφάλεια του χρήστη ιατρού και ασθενούς.

Εκτιμώμενο κόστος 30,00€ πλέον Φ.Π.Α. ανά τεμάχιο