



## ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

1. Να είναι εμποτισμένα σε διάλυμα χωρίς αλκοόλες, αλδεΐδες, άλατα αμμωνίου και χλώριο.
2. Να είναι κατασκευασμένα από non-woven υλικό (όχι κυτταρίνη) ώστε να μην αφήνουν υπολείμματα μετά τη χρήση τους, να μην αφήνουν χνούδι και να είναι βάρους  $\geq 40\text{gr/m}^2$  ώστε να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο.
3. Να είναι μιας χρήσεως σε πρακτική συσκευασία που επιτρέπει την μεμονωμένη χορήγηση μαντηλιών (όχι ρολό) και να σφραγίζει ερμητικά.
4. Να είναι δραστικά έναντι στελεχών όπως αυτά ορίζονται από το Πρότυπο EN 14885: 2022 και συγκεκριμένα έναντι βακτηρίων (EN 13727, EN 16615), μυκήτων (EN 13624, EN 16615), φυματιοκτόνο/ μυκοβακτηριοκτόνο (EN 14348), ιών με και χωρίς περιβλήμα (EN 14476).
5. Να έχουν συμβατότητα με τα υλικά του νοσοκομειακού εξοπλισμού (να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευαστές).
6. Να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν από κοινοποιημένο οργανισμό, άδεια Ε.Ο.Φ. ως βιοκτόνο ή Ευρωπαϊκή άδεια βιοκτόνου και καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ..
7. Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη και το περιβάλλον και να μην περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες (πχ. PHMB).
8. Να κατατεθούν για αξιολόγηση: Ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με την πιστή του μετάφραση στα Ελληνικά, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ομοίως ξενόγλωσσο και ελληνικό σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 878/2020, η άδεια Ε.Ο.Φ ή αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή άδεια βιοκτόνου, το ισχύον πιστοποιητικό CE από κοινοποιημένο οργανισμό, τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.
9. Να σταλεί δείγμα προς αξιολόγηση από τους προσφέροντες πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού.

1. Οικονόμου Π. 

2. Γεωργίου Σ. 

3. Σικιραλάκη Σ. 