



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: **Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ**

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

Αθήνα , 02/06/25

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΟΧΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ 15MM

Βρόχοι πολυπεκτομής μιας χρήσεως με δυνατότητα περιστροφής (1:1) κατά 360°. Να δύνανται να συνδεθούν με διαθερμία και να παρέχουν ταυτόχρονη κοπή και καυτηριασμό του πολύποδα. Να διαθέτουν ειδικά διαβαθμισμένη εργονομική λαβή. Να φέρουν καθετήρα μήκους 230cm με διάμετρο σύρματος 0,47mm και άνοιγμα βρόχου 15mm. Να είναι συμβατοί με κανάλι εργασίας 2,5mm. Να είναι κατάλληλοι και εγκεκριμένοι για «ψυχρή» πολυπεκτομή (cold snare polypectomy) και να διαθέτουν την απαραίτητη βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

1^η ΥΠΕ Γ.Ν.Α ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΚΑ 2501970065
ΓΑΣΤΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ