

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Σετ γαστροστομίας τύπου PULL συνδυασμένης διαδερμικής-ενδοσκοπικής τοποθέτησης, αποτελούμενο από:

- Σωλήνα σίτισης από διαφανή σιλικόνη υψηλής ποιότητας, διαμέτρου 20 και 24fr αφαιρούμενο εξωτερικά-μη ενδοσκοπικά, χωρίς την εισαγωγή ενδοσκοπίου με χρήση της τεχνικής έλξεως, με ενδείξεις βάθους ανά 2cm και ακτινοσκοπικό άκρο σε σχήμα τουλίπας για καλύτερη συγκράτησή του στο τοίχωμα του στομάχου. Να φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης δύο δρόμων, για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων και ανατομικά πέλματα για την καθήλωσή του στο δέρμα
- Σύρμα εισαγωγής, μήκους 150cm, κεκαμμένο, με επικάλυψη Teflon
- Βρόχο σύλληψης με θηκάρι Teflon και εύχρηστη λαβή χειρισμού ενός χεριού 3 δακτύλων
- Κάλυμμα έκθεσης χειρουργικού πεδίου
- Σωληνίσκο με βελόνα εισαγωγής,
- Νυστέρι, Γάζες, Ψαλίδι, Σύριγγα 6cc,
- Προσαρμοστές του σωλήνα σίτισης μονού και διπλού αυλού (universal adapter, bolus adapter),
- Εξαρτήματα ασφάλισης-στερέωσης του σωλήνα σίτισης (που δεν απαιτούν ραφές στο δέρμα) ώστε να αποφευχθεί μελλοντική μετακίνησή του.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΛΕ - ΓΝΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ. ΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
ΗΜΑΑ: 23018700001 - Α.Μ. ΠΣΑΥ: 77629