

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ 29/09/2022

Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ : Δρ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΟΥΛΑ

Ταχ.Δ/ση: Βασ. Σοφίας 80, Τ.Κ. 11528

Τηλέφωνο: 210 3381129

Θέμα : *Πλαστικά δοχεία παρασκευασμάτων με πιεστό πώμα, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.*

1. Να είναι κυλινδρικού σχήματος.
2. Το πώμα να κλείνει ερμητικά και να διαθέτει εγκοπή ώστε να ανοίγει εύκολα από τον χρήστη.
3. Να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό πού να αντέχει στην πίεση και να μην αλλοιώνεται όταν έρχεται σε επαφή με διάφορα υγρά όπως φορμόλη, ξυλόλη κλπ.
4. Να φέρουν την ένδειξη CE.
5. Να σταλούν δείγματα για δοκιμή και αξιολόγηση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Καλαϊτζή Σταυρούλα
2. Κοτούπα Μαρία
3. Λιατσής Δημήτριος