

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φίλτρο Κοκκιοκυτταρικής Μονοκυτταρικής Αφαίρεσης με ένδειξη
«Επίτευξη ύφεσης σε ασθενείς με Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του

εντέρου (Ελκώδη κολίτιδα, Νόσο Crohn)

Φίλτρο Κοκκιοκυτταρικής Μονοκυτταρικής Αφαίρεσης με ένδειξη
«Επίτευξη

ύφεσης σε ασθενείς με Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του
εντέρου (Ελκώδη

κολίτιδα, Νόσο Chron) που να πληροί τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

Να έχει μέγεθος: 206 ± 21 mm σε μήκος και 60 ± 6 mm σε
διάμετρο με

χωρητικότητα 340ml

Να έχει συστατικά: 220 γραμμάρια σφαιριδίων οξικής κυτταρίνης
με διάμετρο

κάθε σφαιριδίου 2mm

Η σήλη που περιέχεται το φίλτρο να είναι αποστειρωμένη και
μιας χρήσης.

Να παραχωρείται σα συνοδός εξοπλισμός το ζεύγος καθετήρων
(φλεβικός

και αρτηριακός) που χρησιμοποιείται για την εξωσωματική
κυκλοφορία του

αίματος κατά τη διάρκεια της κοκκιοκυτταρικής μονοκυτταρικής
αφαίρεσης. Το

ζεύγος καθετήρων να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο και
συμβατό με το

φίλτρο και την αντλία.

Να παραχωρείται σα συνοδός εξοπλισμός η αντίστοιχη συμβατή
συσκευή/αντλία στην οποία θα τοποθετείται το φίλτρο και θα
πραγματοποιείται η διαδικασία κοκκιοκυτταρικής μονοκυτταρικής
αφαίρεσης.

Η συσκευή αντλία θα πρέπει να έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:

Η τάση λειτουργίας της να είναι 220-240V

Δυνατότητα ροής 20-150ml/min

Ανταχυστή φυσαλίδων αέρα 0,1mL

Χρόνος λειτουργίας 0-300min

