



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ. Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΔΗΜ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
Τηλ: 2132162257, 2132162217, 2132162197 Τηλεομοιοτυπία: 2132162893
anaesthesia@hosp-alexandra.gr



Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Υλικό: ΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Χώρος που θα χρησιμοποιηθούν: Μονάδα Βραχείας Χειρουργικής Νοσηλείας

- Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90° για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής
- με δυνατότητα να περάσει Levin για κένωση στομάχου και
- δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H₂O το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη.
- Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας.
- Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση.
- Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex.
- Σε μεγέθη 3.0, 4.0 και 5.0

Πιθανολογούμενη 2/μηνιαία ποσότητα:

100

ο Επιστ. Υπεύθυνος
του Τμήματος

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
ΑΜΚΑ: 03036101436