

Ελαστομερείς αντλίες για χορήγηση 5-FU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το εξωτερικό περίβλημα να είναι κατασκευασμένο από πολυανθρακικό, άκαμπτο, ανθεκτικό και διαφανές υλικό, ώστε να μη πιέζεται και να διακρίνεται το μπαλόνι εσωτερικά.
- Στο κέλυφος να είναι τυπωμένα, η χωρητικότητα της συσκευής, η ροή, το Ref. No., το μοντέλο, το LOT, η ημερομηνία λήξης και η ένδειξη CE.
- Στο άκρο της γραμμής έγχυσης να είναι τυπωμένος ο χρωματικός κωδικός.
- Το μπαλόνι είναι να είναι ελεύθερο από λάτεξ (LATEX FREE) και να είναι διαφανές.
- Να διαθέτει ξεχωριστό στόμιο πλήρωσης του μπαλονιού με βαλβίδα αντεπιστροφής.
- Η βαλβίδα αυτή να έχει ένα ελαστομερές πώμα με πτύχωση που αποτρέπει τυχόν διαρροή, αποφεύγοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.
- Να διαθέτει προ-συνδεδεμένο σωλήνα χορήγησης με κινητό διακόπτη άμεσης διακοπής της χορήγησης.
- Να φέρει ενσωματωμένο φίλτρο Pall 5,0 μm κατακράτησης μικροσωματιδίων και ενσωματωμένο φίλτρο 0,02 μm εξαέρωσης.
- Η γραμμή έγχυσης να είναι εσωτερικά κατασκευασμένη με τεχνολογία τριγωνικού σχήματος ώστε να μην μπλοκάρει και να μην σταματάει η ροή του φαρμάκου.
- Να διαθέτει αφαιρούμενο σφιγκτήρα στη σύνδεση luer-lock με υδρόφοβο φίλτρο.
- Η συσκευή να είναι ελεύθερη φθαλικών (DEHP – FREE) και λάτεξ (LATEX FREE).
- Να διατίθεται σε διάφορα μοντέλα ανάλογα με τον επιθυμητό όγκο χορηγούμενου διαλύματος και ρυθμού έγχυσης.
- Η συσκευή να παρέχει προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας.

τη ΥΠΕ-ΠΑ...
ΓΙΑ...
ΜΕ...
ΠΑΣ...
ΕΠΙΚΟ/ΡΟΣ...
ΠΑ...
Α...