

YK003008 / 13819

7. ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Οι χορηγούμενοι σάκοι θα χρωματιστοί κατά προτίμηση κόκκινοι ή κίτρινοι από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, θα έχει σχήμα ορθογωνίου με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζεται. Το υλικό δεν θα είναι PVC .

Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις κάτωθι προδιαγραφές

1. Για δοκίμια παράλληλα προς τη κατεύθυνση ροής του extruder (extrusion ciretion)

1 Αντοχή στο σημείο διαρροής(stress at yield) 100Kgr/cm² Κατά ASTM D 638

2 Αντοχή στη θραύση(stress at break)230Kgr/ cm² Κατά ASTM D 882

3Επιμήκυνση στη θραύση(elongacion at break)300 % Κατά ASTM D 882

2.Για δοκίμια κάθετα προς την κατεύθυνση ροής του extruder (trasverce ciretion)

1 Αντοχή στη θραύση(stress at break) 170 Kgr/cm² κατά ASTM D 882

2Επιμήκυνση στη θραύση(elocation at break) 590% κατά ASTM D 882

3 Πυκνότητα υλικού 0,910 – 0.925 gr/cc κατά ASTM D 1505

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι διαστάσεις θα είναι ^{85 X 110} 75 X 100 cm και σε κάθε συσκευασία θα αναγράφεται με ανεξίτηλο και ευδιάκριτο τρόπο « ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ » και θα είναι τυπωμένο το σήμα ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ το οποίο θα δοθεί από το Νοσοκομείο στο μειοδότη προκειμένου να τυπωθεί στις σακούλες.