



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστημίων Αθηνών
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Γ. Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ



Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία
από το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αιμοστατικό για ταμπονάρισμα της μήτρας.
- Να έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη ταχείας, αποτελεσματικής αιμόστασης της αιμορραγίας μετά τον τοκετό της μήτρας (PPH).
- Να προορίζεται για τον έλεγχο της αιμορραγίας σε έκτακτη ανάγκη μετά από τοκετό.
- Να έχει εφαρμογή και αφαίρεση κολπικά.
- Να είναι κατάλληλο για χρήση μετά από κολπικό τοκετό ή καισαρική τομή.
- Διαστάσεις: 3m μήκος x 7,6cm πλάτος
- Σύνθεση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
- Υλικό γάζας: Η γάζα να είναι κατασκευασμένη από δύο στρώματα nonwoven και να περιλαμβάνει κυτταρίνη και ίνες.
- Να περιέχει παράγωγο χιτοζάνης.
- Να είναι μίας χρήσεως και να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.



Καθηγητής Γ. Δασκαλάκης
Ε/ΜΤ Κλινικής ΕΚΠΑ
Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα»