

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ

Απολυμαντικό υγρό με ορθοφθαλδεύδη για την απολύμανση και αποστείρωση των ενδοσκοπίων και εργαλείων.

Να είναι έτοιμο προς χρήση ,χωρίς να χρειάζεται ενεργοποίηση .

Να επιτυγχάνει υψηλή απολύμανση και σποροκτονία σε 5-10 λεπτά.

Να είναι , βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο ,μυκοβακτηριοκτόνο ,φυματιοκτόνο, ιοκτόνο και σποροκτόνο .

Να μην είναι διαβρωτικό ή οξειδωτικό και χωρίς τοξικές αναθυμιάσεις.

Να μην αφρίζει και να είναι άοσμο.

Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για το Αναπνευστικό και βλεννογόνους κατά τη χρήση του.

Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για 14 ημέρες.

Να ελέγχεται η δραστηριότητα του έτοιμου διαλύματος με δείκτες ελέγχου και να κατατεθεί το ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών.

Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα ενδοσκόπια και εργαλεία.

Να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. Μιχαηλίδης
ΕΠ.ΥΠ.Ε. Γ.Π.Α. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΣΤΗΣΙΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
ΑΜΚΑ: 23015700851 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 77629