

Χρήζει θεραπείας με τα κάτωθι υλικά:

Kit για συλλογή, επεξεργασία και απόδοση αυτόλογων αυξητικών παραγόντων με αυτόλογη θρομβίνη με την διαδικασία φυγοκέντρησης. Να έχει δυνατότητα:

- Εξαγωγής τουλάχιστον 4cc αυξητικών παραγόντων με υψηλή συγκέντρωση τουλάχιστον x7 φορές παραπάνω από τις φυσιολογικές τιμές, με χρήση αντιπηκτικού citrate κατάλληλο για χρήση in vivo.
- Εξαγωγής ίσου όγκου αυτόλογης θρομβίνης. Για την διασφάλιση της εξαγωγής ο κωδικός GMDN του είδους θα πρέπει να είναι 47155.
- Εξαγωγής L-PRF
- Λήψη αίματος <30 ml και επιλογή θεραπευτικού όγκου του εξαγόμενου βιολογικού υλικού.

Ο κατασκευαστής να τηρεί τα πρότυπα ISO 22716:2013 και ISO13485:2016 για την διασφάλιση της ποιότητας και της τεχνικής υποστήριξης.

Ο ανάδοχος αν είναι διαφορετικός του κατασκευαστή να διαθέτει ISO 13485 σχετικό με το προϊόν (Να αναγράφεται στο πιστοποιητικό).

Να παρέχεται ο απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός εξαγωγής αυξητικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της φυγοκέντρου.

ΤΕΜ...1.

1η Υ.ΠΕ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΚΙΛΙΚΙΑΣ
Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΠΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜΚΑ:3001700362 ΑΜ ΤΣΑΥ:83244