

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ο υπό προμήθεια αεροσυμπιεστής θα πρέπει να:

- Είναι νέας τεχνολογίας
- Να είναι oil free
- Να φέρει δύο κεφαλές
- Να φέρει δεξαμενή αέρα χωρητικότητας μέχρι 40 λίτρα
- Να έχει ισχύ από 1 έως 1,5 HP
- Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου ($\leq 60\text{db}$)
- Να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας έως 8bar
- Να φέρει αντικραδασμική κατασκευή με υλικά υψηλής αντοχής
- Να φέρει κατάλληλη πιστοποίηση για την εφαρμογή σε ιατρικούς χώρους

• Με εγκατάστασή του αεροσυμπιεστή στην οδοντιατρική μονάδα και αφαίρεση της παλιάς μονάδας.