

Τεχνικές προδιαγραφές για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και εκτίμηση βλάβης

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στην κατηγορία του υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήμα (Υγρός Κλίβανος) – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
- Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης.
- Να καταθέσει ο συντηρητής Υπεύθυνη Δήλωση για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων **καινούργιων ανταλλακτικών** που θα χρειαστούν για την επανορθωτική συντήρηση του μηχανήματος.