

(Α/Α 57στ από Αρχείο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος Συρραπτικά χειρουργείου με ΑΔΑ:99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΝΧ3)

Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, κυρτοί με ισχυρούς αγκιτήρες (κλιπς) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (4,0mm -4,5mm - 5,0mm), για πολύ παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. Διαμέτρου 28mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm)

Τεχνικές απαιτήσεις (από Αρχείο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος Συρραπτικά Χειρουργείου με ΑΔΑ:99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΝΧ3)

- 1) Η Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
- 2) Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει.

ΥΠΕ - ΓΝΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΜΕΣΣΑΝΔΡΑ
Γ.Ν.Α. - Α.Α.Ε.Α.Α.Ρ.Α.
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ
ΔΙΗΜΕΡΙΣΕΩΣ ΔΑΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΑ ΚΑΡΔΙΟΤΕΛΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΓΥΝΙΚΕΣ ΤΙΤΙΣ
ΑΜΚΑ: 25126600652 Α.Μ. ΤΣΑΥ. 74285