

Υ.Σ. 1128
4-2-26

ΠΕΡΙΦ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ
ΕΞΕΤ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : **Χ. Ι. ΜΑΤΣΟΥΚΑ**

Αθήνα 3 - 2 - 2026

Προς

Τμήμα μικροπρομηθειών

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – Τεχνικές προδιαγραφές

Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, από άθραυστο πλαστικό με αντιπηκτικό EDTA K2 ή EDTA K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου, χωρητικότητας 3 ml, με διαστάσεις 13x75mm

Να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, η ημερομηνία λήξης, ο όγκος που αναρροφούν

Να είναι αποστειρωμένα

Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού.

Να αναγράφονται τα CE, LOT και η ημερομηνία λήξης.

Να είναι συμβατά με όλους τους τύπους αυτόματων δειγματοληπτών των αιματολογικών αναλυτών.

Ποσότητα 300.000 σωληνάρια για όλο το νοσοκομείο

1^η ΥΠΕ - ΤΝΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ Χ.Ι. ΜΕΤΙΜ
ΑΡΧΙΑΤΡΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 14115901430
Χ.Ι. ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 58886

Αιματολόγος
Συντ. Διευθύντρια
Αιματολογικό τμήμα
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Διευθύντρια εργαστηριακού τομέα