

**ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ**
(monitor, θερμοκοιτίδες, plexiglass κ.α)

- ❖ Σε μορφή αφρού, έτοιμο προς χρήση υγρό με απολυμαντικά και καθαριστικά συστατικά για επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
- ❖ **Χωρίς αλκοόλες**, αλδεΐδες, ή φαινόλες.
- ❖ Να είναι συμβατό με υλικά από plexiglass, ABS, PVC), ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μηχανήματα, διαγνωστικές συσκευές π.χ υπέρηχους, θερμοκοιτίδες κλπ. (να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας επί ποινή απόρριψης).
- ❖ Με πλήρες μικροβιοκτόνο φάσμα, δραστικό έναντι βακτηρίων (EN 13727, EN 13697, EN 16615), μυκήτων (EN 13624 & EN 13697), μυκοβακτηριδίων (EN 14348), ιών (EN 14476) HIV, HBV, HCV και σπόρων (EN 14347 & EN 17126) εντός 5 λεπτών.
- ❖ Σε συσκευασία έως 1 λίτρο με ενσωματωμένο σύστημα ψεκασμού σε μορφή αφρού και κάθε φορά να προσκομίζεται και η αντίστοιχη αντλία.
- ❖ Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα μετά την χρήση του.
- ❖ Να μην επισημαίνεται ως καυστικό, ερεθιστικό ή διαβρωτικό.
- ❖ Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν
- ❖ Να διαθέτει καταχώρηση στο PCN.
- ❖ Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus Οδηγίες Χρήσης και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά.
- ❖ Να διαθέτει άδεια ΕΟΦ.
- ❖ Να κατατεθούν προς αξιολόγηση: Ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή του μετάφραση στα Ελληνικά, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ομοίως ξενόγλωσσο και Ελληνικό, η σήμανση CE, και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 του παραγωγού.
- ❖ **Να σταλεί δείγμα προς αξιολόγηση από τους προσφέροντες**