

Τεχνικές προδιαγραφές σετ παροχέτευσης τραύματος
από σιλικόνη

Πλήρες σετ παροχέτευσης τραύματος από σιλικόνη
αποτελούμενο από

A. Ασκό 100 έως 200 ml με βαλβίδα μη παλινδρόμησης
αίματος και υγρών που ελαχιστοποιεί το ρίσκο της
επιστροφής του αίματος και των εκκρίσεων. Το
κούμπωμα για το άδειασμα της φούσκας να είναι
βιδωτό και όχι κουμπωτό.

B. Στρογγυλό σωλήνα σιλικόνης ιατρικής διαβάθμισης ,
διαφανή, ακτινοσκιερό, με διαμήκη κανάλια
παροχέτευσης που διευκολύνουν την ροή των υγρών
και ελαχιστοποιούν τα πήγματα του αίματος. Ο
σωλήνας να διατίθεται σε μέγεθος 15 fr.

Γ. Trocar παρακέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι


Γ.Ν.Α. «ΑΓΙΕΣΑΝΔΡΑ»
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΑΙΑ