

23/9/25 ΥΓΡΟ 1/10/2025 07/10/2025 4/8

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΥΓΡΟ)
(2025)**

- Διάλυμα υπεροξικού οξέος για απολύμανση χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων (Fuji, Pentax, Olympus).
- Να έχει ευρύ φάσμα δράσης και να κάνει σποροκτονία στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
- Να είναι δραστικό έναντι των βακτηρίων (EN 13727 & EN 14561), μυκήτων (EN 13624 & EN 14562), μυκοβακτηριδίων (EN 14348 & EN 14563) και ιών (HBV, HCV, HIV polio, adeno, Noro) (EN 14476, EN 17111) εντός 10 λεπτών σύμφωνα με το EN 14885: 2022 ή ισοδύναμα για τη ζητούμενη χρήση.
- Να έχει σποροκτόνο δράση (EN 17126) εντός 30 λεπτών.
- Να είναι σε υγρή μορφή, έτοιμο προς χρήση με ενσωματωμένο ενεργοποιητή.
- Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
- Να αναφέρεται η συμβατότητα στα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων και των χειρουργικών εργαλείων του νοσοκομείου.
- Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευαστές ενδοσκοπίων.
- Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με εργαλεία, από επίσημους κατασκευαστές.
- Να είναι χημικά σταθερό.
- Να μην περιέχει παράγοντες που δημιουργούν ερεθιστικές αναθυμιάσεις οξικού οξέος και οσμής.
- Να είναι ουδέτερου PH.
- Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων.