

**Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΝΤΕ» (5)
ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.**

1. Το φορείο να είναι καινούριο, τροχήλατο υδραυλικό, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής. Το σύνολο της κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό. Να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, το περιμετρικό πλαίσιο της επιφάνειας κατάκλισης του φορείου να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα προκειμένου να διαθέτει απεριόριστη αντοχή στα χτυπήματα κατά την μεταφορά του.
2. Να πληροί κατ'ελάχιστο τις ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας EN 60601-1, EN 60601-2-52, EN 60601-1-6.
3. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από ακτινοδιαπερατό υλικό, να είναι δυο τμημάτων και ενός σταθερού, χωρίς αιχμηρές άκρες, εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση.
4. Το φορείο να φέρει όλες τις απαραίτητες ετικέτες ασφαλείας (προειδοποίησης και προσοχής) στα Ελληνικά για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.
5. Το φορείο να εδράζεται σε τέσσερις πλαστικούς περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου τουλάχιστον 200 mm με κεντρικό σύστημα πέδησης το οποίο να ενεργοποιείται από δύο ποδομοχλούς από την δεξιά και αριστερή πλευρά του φορείου και να φέρει φρένο και στους 4 τροχούς. Να διαθέτει 5^ο τροχό κατεύθυνσης για καλύτερη οδήγηση.
6. Όλες οι κινήσεις του φορείου να εκτελούνται από ποδομοχλούς από την αριστερή και δεξιά πλευρά του φορείου.
7. Η βάση του φορείου να φέρει πλαστικό κάλυμμα από ABS πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης για προστασία των μηχανισμών για εύκολο καθαρισμό καθώς και υποδοχή φιάλης οξυγόνου και θέση για τα προσωπικά αντικείμενα του ασθενούς.
8. Οι εξωτερικές διαστάσεις του φορείου να είναι τουλάχιστον 2050mm X 800mm περίπου με κάγκελα.
9. Οι διαστάσεις της επιφάνειας κατάκλισης να είναι 1900mm x 650mm τουλάχιστον.
10. Οι κινήσεις των τμημάτων του φορείου να εκτελούνται πιο αναλυτικά:
 - η κίνηση του τμήματος της πλάτης να είναι, από 0-85° τουλάχιστον
 - η αυξομείωση του ύψους του επιπέδου του φορείου να γίνεται υδραυλικά από 60-90εκ. τουλάχιστον.
11. Να φέρει πτυσσόμενα προστατευτικά πλαϊνά σταθεροποιούμενα και εύκολα κινούμενα με δυνατότητα αναδίπλωσης και ασφάλισης σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζεται η μετακίνηση του ασθενούς. Το ύψος των προστατευτικών πλαϊνών να είναι τουλάχιστον 35cm πάνω από την επιφάνεια του φορείου και το καλυπτόμενο μήκος τους να είναι τουλάχιστον 135cm.
12. Το φορείο να είναι εύκολα μετακινούμενο μέσω λαβών ώθησης και να απαιτείται η ελάχιστη προσπάθεια για τη μετακίνηση του. Στο τμήμα ποδιών οι λαβές ώθησης να είναι μεταλλικές αποσπώμενες για την εύκολη πρόσβαση στον ασθενή.

13. Το φορείο να φέρει στις τέσσερις γωνίες του μεταλλικού σκελετού προστατευτικούς προσκρουστήρες.
14. Στο φορείο να υπάρχουν δυο υποδοχές για να μπορεί να τοποθετηθεί στατώ ορών και να συνοδεύεται με στατώ ορού ανοξείδωτο ρυθμιζόμενου ύψους.
15. Να διαθέτει θήκη για τοποθέτηση εξεταστικού ρολού.
16. Το στρώμα του φορείου να είναι από αφρώδες υλικό πάχους 8cm-10cm, αδιάβροχο, με βραδύκαυστο κάλυμμα. Να πλένεται και απολυμαίνεται με όλα τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά. Το στρώμα να είναι κατάλληλο και για πολύωρη παραμονή του ασθενούς στο φορείο.
17. Το φορείο να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.
18. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13845, ISO 27001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001 καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13845, ISO 27001, ISO 50001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 45001 για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32B/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
19. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
20. Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Η Διευθύντρια ΤΕΠ

Χ. Τρίκκα

Η Αναπλ. προϊστάμενη ΤΕΠ

Κ. Βατζέλη