

Gmail

ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΡΓΗ <elenigiwrg@gmail.com>

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MASTERSCREEN DIFFUSION

1 μήνυμα

25 Ιουνίου 2026 στις 9:13 π.μ.

biomed@hosp-alexandra.gr <biomed@hosp-alexandra.gr>
Προς: elenigiwrg@gmail.com
Κοιν.: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ <pneumoalexandra@gmail.com>

Καλημέρα

Για την επισκευή της συσκευής MASTERSCREEN DIFFUSION, θα πρέπει να γίνει ένα εξωσυμβατικό αίτημα (εργασίας), που θα αναφέρει τα κάτωθι:

Επισκευή της συσκευής MASTERSCREEN DIFFUSION η οποία θα περιλαμβάνει και την αντικατάσταση του σκληρού δίσκου του υπολογιστή του σπιρομέτρου και εγκατάσταση των απαιτούμενων προγραμμάτων λειτουργικού windows και λογισμικού του σπιρομέτρου.

Δαπάνη: 1.090,00€ πλέον ΦΠΑ

Να κατατεθούν επίσης:

1. Πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.
 2. Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης του τεχνικού που θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση του ανωτέρω ανταλλακτικού για τα συγκεκριμένα είδη.
- Τέλος, θα εκδοθεί δελτίο εργασίας για τις ανωτέρω εργασίες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Αναπλ. Προϊστάμενος BIT

Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, MSc, MSc, PhD

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Email : biomed@hosp-alexandra.gr

Website : <https://dtsoromok.wordpress.com>

Telephone : +30 213 216 2537 & 2656

Mobile : +30 693 460 9066