



Προδιαγραφές Total Face m...



DOC - 32 KB

ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ/BILEVEL/CPAP

1. Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενούς (στόμα, μύτη & οφθαλμούς) με μεμβράνη από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με το πρόσωπο.
2. Να διαθέτει κεφαλοδέτη πέντε σημείων σύνδεσης στη μάσκα κατασκευασμένο από μαλακό ύφασμα. Δύο εκ των πέντε σημείων σύνδεσης του κεφαλοδέτη με τη μάσκα να φέρουν σύστημα εύκολης & γρήγορης αφαίρεσης / εφαρμογής μάσκας.
3. Να διαθέτει δυο ξεχωριστά άκρα για διπλό κύκλωμα (εισπνοή-εκπνοή)
4. Να διαθέτει δύο συνδετικά, περιστρεφόμενα κατά 360° (το ένα από τα συνδετικά να έχει ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και το άλλο όχι).
5. Να δέχεται συνδετικό για βρογχοσκόπηση χωρίς αφαίρεση της μάσκας.
6. Να δέχεται συνδετικό για σύνδεση με γεννήτρια υψηλής ροής.
7. Να διαθέτει θύρα για μέτρηση πίεσης ή εμπλουτισμού οξυγόνου.
8. Να διαθέτει αεροστεγή θύρα για ρινογαστρικό σωλήνα.
9. Να ελαχιστοποιεί την επανεισπνοή του CO₂ και να μειώνει στο ελάχιστο τον νεκρό χώρο μέσω της κατασκευής της.
10. Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη (SMALL, MEDIUM, LARGE, X-LARGE)



Άνοιγμα στο Word

