

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΜΑΣΚΑ BI-PAP

- ✓ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με πιστοποίηση ISO, να φέρει τη σήμανση CE και να λειτουργεί με ηλεκτρική τροφοδοσία 220 V /50Hz AC.
- ✓ Να είναι συνεχούς θετικής πίεσης CPAP
- ✓ Υποστήριξη πίεσης αυθόρμητων αναπνοών ( sportaneous-S)
- ✓ Υποστήριξη πίεσης αυθόρμητων αναπνοών με εγγυημένο αριθμό αναπνοών (( sportaneous/ Timed -S/T)
- ✓ Εύρος πιέσεων:

α. Πίεση εισπνοής (IPAP) :4-30 cmH<sub>2</sub>O (MANUAL BIPAP ή auto BIPAP)

β. Πίεση εκπνοής (EPAP) :4-30 cmH<sub>2</sub>O (MANUAL BIPAP ή auto BIPAP)

γ. Πίεση CPAP: 4-20 cmH<sub>2</sub>O

- ✓ Να διαθέτει λειτουργία προδευτικής αύξησης της πίεσης
- ✓ Να διαθέτει τη δυνατότητα μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της εκπνοής
- ✓ Να διαθέτει φίλτρο για σκόνη.
- ✓ Να έχει χαμηλό επίπεδο πίεσης θορύβου
- ✓ Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για βλάβη συσκευής και αποσύνδεσης ασθενούς.
- ✓ Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε μάσκες (S-M-L- XL) και κεφαλοδέτες, φίλτρα και σωλήνες, αντάπτορα και υποδοχή συγχρόρησης οξυγόνου.
- ✓ Να είναι σε τροχήλατη βάση