

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Δειγματολήπτης (Σετ Βιοψίας) Ενδομητρίου
Μιας χρήσεως

1. Να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να καθίσταται απλό στη χρήση, ασφαλές και αποτελεσματικό. Να παρέχει εύκολα και γρήγορα ιστολογικά δείγματα με μικρό κόστος.
2. Να διαθέτει διαβαθμίσεις στο σωληνίσκο.
3. Να είναι κατάλληλο για Διαγνώσεις της μήτρας πριν και μετά την εμμηνόπαυση αλλά και για θεραπευτικούς σκοπούς.
4. Να διατίθεται συσκευασμένο και αποστειρωμένο και να είναι μιας χρήσεως ώστε να μην υπάρχουν μολύνσεις.
5. Η διαδικασία λήψης δείγματος του ιστούς να γίνεται χωρίς αναισθησία, σαν μια τυπική καθημερινή διαδικασία που δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία του ασθενούς αλλά και του ιατρικού προσωπικού.
6. Να διαθέτει ημίκυρτο σωληνίσκο, μικρής διαμέτρου για την ευκολία εισαγωγής αλλά και μείωση πιθανής διάτρησης.
7. Ο σωληνίσκος να είναι εύκαμπτος με αιχμηρή σχισμή - οπή (άκρο) και να διαθέτει και δεύτερη οπή για ακόμη μεγαλύτερη και ολοκληρωμένη δειγματοληψία από όλες τις περιοχές του ενδομητριακής κοιλότητας αλλά και σε δυσκολότερες περιοχές.
8. Να αποτρέπει τη «δειγματοληπτική» μόλυνση από ενδοτραχηλικά κύτταρα, συλλέγοντας δείγματα με την απομάκρυνση της κιουρέττας.
9. Σημαντικό είναι να διαθέτει προστασία «κλειδώματος» του δείγματος.