

ΣΤΗΛΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Κ.Φ.Π.)

Γενικά Χαρακτηριστικά

Οι στήλες μέτρησης να είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσης και ελεύθερες latex.

Να είναι κατασκευασμένες από διαφανές ιατρικού τύπου υλικό υψηλής αντοχής και βιοσυμβατότητας.

Να διαθέτουν ευανάγνωστη και ανεξίτηλη διαβάθμιση μέτρησης σε cmH_2O .

Να είναι κατάλληλες για ακριβή μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης μέσω κεντρικού φλεβικού καθετήρα.

Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για άμεση χρήση

3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η στήλη μέτρησης να έχει μήκος τουλάχιστον 20 cm.

Η κλίμακα μέτρησης να καλύπτει εύρος τουλάχιστον από -5 έως +35 cmH_2O .

Η διαβάθμιση να είναι ανά 1 cmH_2O .

Να διαθέτει σωλήνα προέκτασης μήκους περίπου 100–150 cm.

Ο σωλήνας να είναι εύκαμπτος, ανθεκτικός σε κάμψεις και να μην αλλοιώνει τη ροή.

Να διαθέτει συνδέσεις τύπου Luer Lock για ασφαλή και στεγανή σύνδεση.

Να περιλαμβάνει τριπλό διακόπτη (three-way stopcock) υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Να επιτρέπει εύκολη πλήρωση, εξαέρωση και μηδενισμό του συστήματος μέτρησης.

Να διαθέτει δυνατότητα ασφαλούς στερέωσης σε ορόστατη ή άλλη βάση στήριξη

Ασφάλεια – Ποιότητα

Το προϊόν να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα χωρίς διαρροές.

Να είναι συμβατό με όλους τους συνήθεις τύπους κεντρικών φλεβικών καθετήρων.

Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό MDR 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος ποιότητας ISO 13485.

Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατά την προσφορά.

5. Συσκευασία Κάθε τεμάχιο να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

Η συσκευασία να φέρει ευκρινώς:

- τον κωδικό προϊόντος,
- τον αριθμό παρτίδας (LOT),
- την ημερομηνία παραγωγής και λήξης,
- τα στοιχεία του κατασκευαστή,
- τη σήμανση CE.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ