

Πλαστικές κασέτες έγκλισης ιστών, συμβατές με σύστημα εκτύπωσης barcode σε κασέτες. Εγκεκριμένες για CE/IVD χρήση, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να είναι ειδικές προγεμισμένες κασέτες για συστήματα εγγραφής κασετών.
- Να αντέχουν σε όλους τους διαλύτες.
- Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων να είναι υπό γωνία 45°.
- Να διατίθενται σε «hopper» των 75 κασετών.
- Να συμπεριλαμβάνονται τα καπάκια τους.
- Να διατίθεται σε δώδεκα (12) χρώματα: μπλε, πράσινο, πράσινο ανοικτό, γκρι, μωβ, λιλά, πορτοκαλί, ροζ, μπεζ, άσπρο, κίτρινο και καφέ.
- Να έχει CE/IVD.
- Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

Απαιτούμενη Ποσότητα για χρονικό διάστημα 3 μηνών: 9.000 κασέτες
(Δαπάνη τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ: 0,45€/κασέτα)

Δαπάνη για την προμήθεια 9.000 κασετών για 3 μήνες: 4.050,00€ + ΦΠΑ = 5.022,00€

Με την προμήθεια της ποσότητας των 9.000 κασετών να παραχωρηθεί και να εγκατασταθεί στον χώρο του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου ο παρακάτω συνοδός εξοπλισμός:

Μηχάνημα εκτύπωσης barcode στις κασέτες έγκλισης ιστών με χωρητικότητα τουλάχιστον 150 κασετών, με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά.

1. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 150 κασετών, τις οποίες να εγγράφει συνεχόμενα χωρίς επαναφόρτωση.
2. Οι κασέτες να είναι εγκλεισμένες σε ειδικές προγεμισμένες πλαστικές διαφανείς θήκες (hoppers), χωρητικότητας 75 τεμαχίων.
3. Να έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις (μέχρι 38 x 43,5 cm) ώστε να προσαρμόζεται με ευκολία στον εργαστηριακό χώρο. Επίσης να έχει μικρό βάρος (λιγότερο των 20Kg), ώστε να μπορεί να μετακινηθεί με ευκολία αν χρειαστεί.
4. Να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκτύπωση με μόνιμη και ανεξίτηλη, ευανάγνωστη εγγραφή μαύρου χρώματος επάνω στις κασέτες.
5. Να προωθείται η κάτω κασέτα του hopper στο σύστημα εκτύπωσης του μηχανήματος.
6. Να εκτυπώνει γράμματα, αριθμούς, κοινούς και ειδικούς χαρακτήρες σε μια μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών (fonts) διαφόρων μεγεθών (font sizes).
7. Να εκτυπώνει επίσης barcodes καθώς επίσης και γραφικά και λογότυπα.
8. Να χρησιμοποιεί και άλλες κασέτες του εμπορίου με γωνία 45°.
9. Ο χρόνος εκτύπωσης κάθε κασέτας να μην ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα.
10. Να χρησιμοποιεί για την εγγραφή θερμαινόμενη μελανοταινία, η οποία να διαρκεί για περίπου 20.000 εκτυπώσεις.