

ΙΕΡΙΦ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ

ΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : **Χ. Ι. ΜΑΤΣΟΥΚΑ**

Αθήνα 7 -5 - 2026

Προς

μήμα μικροπρομηθειών

**ΔΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – Τεχνικές προδιαγραφές**

Διαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, από άθραυστο πλαστικό με αντιπηκτικό EDTA K2 ή EDTA K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου, χωρητικότητας 3 ml, με διαστάσεις 13x75mm

Να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, η μερομηνία λήξης, ο όγκος που αναρροφούν

Να είναι αποστειρωμένα

Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο ελαστικό πώμα ασφαλείας, τεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού.

Να αναγράφονται τα CE, LOT και η ημερομηνία λήξης.

Να είναι συμβατά με όλους τους τύπους αυτόματων δειγματοληπτών των αιματολογικών αναλυτών.

Ποσότητα 300.000 σωληνάκια για όλο το νοσοκομείο

Με τιμή

**Χ. Ι. ΜΑΤΣΟΥΚΑ**

Αιματολόγος

Συντ. Διευθύντρια

Αιματολογικό τμήμα

Γ.Ν.Α. « Αλεξάνδρα »

Διευθύντρια εργαστηριακού τομέα