

α/α 1

ΥΛΙΚΟ ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ

Χώρος που θα χρησιμοποιηθούν: Χειρουργείο

Το σετ συνδυασμένης ραχιαίας επισκληριδίου πρέπει να αποτελείται:

α] να αποτελείται από βελόνα υπαραχνοειδούς 26G και επιλεκτικά 27G με ειδικό άκρο Pencil Point

β] από βελόνα επισκληριδίου TUOHY 16 ή 18 G, με ελαφρά πτερύγια με δυνατότητα να αφαιρούνται, ανθεκτική στη στρέβλωση και την αντίσταση προώθησης, με το μικρότερο δυνατόν άνοιγμα στο τελικό άκρο. Να έχει χρήσιμο μήκος 8 cm και να έχει διαβαθμίσεις ανά 1 cm. Ο εσωτερικός στυλεός κατά προτίμηση να είναι πλαστικός και να αποσύρεται εύκολα

γ] από οδηγό υποβοήθησης τοποθέτησης καθετήρα επισκληριδίου

δ] από διαφανή καθετήρα επισκληριδίου, εύκαμπτο και ατραυματικό, από NAYLON, ακτινοσκοπικό, ανθεκτικό στο δίπλωμα και βαθμονομημένο σε διαστήματα 5,6,7,8,9,10 και 15 cm, μεγέθους 16 ή 18 G, χωρίς μεγάλη αντίσταση στη ροή των υγρών και με τουλάχιστον δύο οπές στην άκρη

ε] από ειδική πλαστική σύριγγα ανίχνευσης απώλειας της αντίστασης διαβαθμισμένης χωρητικότητας 10 ml

στ] από επίπεδο, διαφανές αντιμικροβιακό φίλτρο που να παρέχει πλήρη προστασία, διηθητικής ικανότητας 0,2 μm με άκρα σύνδεσης Luer Lock, που να προσαρμόζεται στον [γ]

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Πιθανολογούμενη ετήσια ποσότητα:

90