

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	
Να διαθέτει λοξό άκρο τύπου Quincke, σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει τη διείσδυση και να ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό των ιστών.	
Να διαθέτει εσωτερικό ηχοδείκτη (inner echo-marker) - υπερηχογενές άκρο για βέλτιστη υπερηχογραφική απεικόνιση και αναγνώριση της βελόνας κατά την καθοδήγηση με υπερήχους.	
Η κάνουλα να είναι λεπτού τοιχώματος (ultra-thin wall), επιτρέποντας αυξημένη δυνατότητα λήψης δείγματος.	
Η βελόνα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, υψηλής αντοχής και ακαμψίας.	
Να φέρει ευανάγνωστη διαβάθμιση σε εκατοστά (cm markings) για ακριβή έλεγχο του βάθους εισαγωγής.	A.
Να διαθέτει συρόμενο αναστολέα (sliding stopper) για ασφαλή και ακριβή ρύθμιση του βάθους παρακέντησης.	
Οι υποδοχές (hubs) να φέρουν χρωματική κωδικοποίηση ανά διάμετρο (Gauge) για εύκολη και άμεση αναγνώριση του μεγέθους της βελόνας.	
Να διατίθεται σε διαφορετικές διαμέτρους (Gauge) και μήκη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.	
Να είναι αποστειρωμένη, μίας χρήσης, σε ατομική συσκευασία, με σήμανση CE και συμμόρφωση με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα ιατροτεχνολογικών προϊόντων.	6
Η συσκευασία να αναγράφει ευκρινώς τον κωδικό προϊόντος, τη διάμετρο (Gauge), το μήκος, τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης.	

Τιμή