

Τεχνικές προδιαγραφές για την αποκατάσταση των βλαβών μετά από τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και εκτίμηση βλάβης

- Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 13485 και να εφαρμόζει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004 ή νεότερη. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτη) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.
- Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί **βεβαίωση ή Υ.Δ.**
- Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης.
- Να καταθέσει **βεβαίωση** της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων **γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών** που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.