



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: **Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ**

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

Αθήνα, 20/07/2026

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΟΥ PIGTAIL

Ενδοπρόθεση χοληδόχου πόρου διπλού Pigtail μιας χρήσης, διαμέτρου 7 ή 10fr, ωφέλιμου μήκους 4,5,7,9,12 ή 15cm (μεταξύ των pigtails), κατασκευασμένη από εύκαμπτο γραμμικό ακτινοσκιερό πολυαιθυλένιο sof-flex υψηλής ποιότητας και χημικής απόδοσης με μεγάλη αντοχή στην διάβρωση σε όλο το μήκος της για άμεσο ακτινολογικό εντοπισμό, μακράς διάρκειας παραμονής μέγιστης παροχέτευτικής ικανότητας και ευρύ εσωτερικό αυλό για αποτελεσματική παροχέτευση, καθοδηγούμενη πάνω από οδηγό σύρμα 0.035".

Η ενδοπρόθεση να διαθέτει ειδική προλίπανση για εύκολη προσπέλαση στενώσεων, ακτινοσκιερούς δακτυλίου στα άκρα της για ασφαλή και ακριβή τοποθέτηση, να φέρει πολλαπλές πλάγιες παροχετευτικές οπές για αποφυγή απόφραξης και κωνικό άκρο για εύκολο καθετηριασμό. Να προσφέρεται σε πλήρες σετ που πλέον της ενδοπρόθεσης περιλαμβάνει ομοαξονικό σετ εισαγωγής, ως εξής:

- Προωθητή καθετήρα από ηλιδιαφανές Teflon διαμέτρου 10fr και μήκους 170cm με δυνατότητα να δέχεται οδηγό σύρμα 0.035"
- Προστατευτικό κάλυμμα-ευθυστή τοποθέτησης της ενδοπρόθεσης στο κανάλι εργασίας από Teflon.

Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΑΣΤΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ