



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' Δ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σπ.Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 210-7702060

Αθήνα 23/06/26

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΟΧΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ 10MM ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΨΥΧΡΗ ΕΚΤΟΜΗ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

Βρόχοι πολυπεκτομής μιας χρήσεως με δυνατότητα περιστροφής (1:1) κατά 360°. Να δύνανται να συνδεθούν με διαθερμία και να παρέχουν ταυτοχρονη κοπή και καυτηριασμό του πολύποδα. Να διαθέτουν ειδικά διαβαθμισμένη εργονομική λαβή. Να φέρουν καθετήρα μήκους 230cm με διάμετρο σύρματος 0,47mm και άνοιγμα βρόχου **10mm**. Να είναι συμβατοί με κανάλι εργασίας 2,5mm. **Να είναι κατάλληλοι και εγκεκριμένοι για «ψυχρή» πολυπεκτομή (cold snare polypectomy) και να διαθέτουν την απαραίτητη βιβλιογραφική τεκμηρίωση.**

ΤΥΠΕ Γ.Ν.Α ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γ.Ν.Α "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΜΚΑ: 201570089 - Α.Μ. ΤΕΛΥ: 77629

Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΑΣΤΡ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ