

Τεχνικές προδιαγραφές για την αποκατάσταση των βλαβών μετά από τον Έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και εκτίμηση βλάβης

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτη) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό όικο των μηχανημάτων.
- Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί **βεβαίωση ή Υ.Δ.**
- Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης.
- Να καταθέσει **βεβαίωση** της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων **γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών** που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.