

11003007 / 1381a

## 6. ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Το χορηγούμενο είδος θα είναι μαύρου χρώματος από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, θα έχει σχήμα ορθογωνίου με πτυχωτές πλευρές ( αναδιπλώσεις) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζεται. Επίσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις κάτωθι προδιαγραφές.

1. Για δοκίμια παράλληλα προς την κατεύθυνση του extruder (extrusion direction)

1 Αντοχή στο σημείο διαρροής( stress at yield ) 100Kg/cm<sup>2</sup> Κατά ASTM D 638

2 Αντοχή στη θραύση 230Kg/cm<sup>2</sup> Κατά ASTM 882

3 Επιμήκυνση στη θραύση 300% Κατά ASTM 882

2. Για δοκίμια κάθετα προς την κατεύθυνση ροής του extruder( transverse direction)

1 Αντοχή στη θραύση( stress at break) 170Kg/cm<sup>2</sup> Κατά ASTM D 882

2 Επιμήκυνση στη θραύση( elongation at break) 590% Κατά ASTM D 882

3. Πυκνότητα υλικού 0,910 -0,925 gr/cc κατά ASTM D 1505

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι διαστάσεις των σάκων θα είναι περίπου 60 X 80 CM και <sup>45 X 1,10</sup> ~~75~~ X 100 CM και σε διαστάσεις που θα ζητηθούν από το Νοσοκομείο.