Σύστημα πολυσακχαρίτη

Αναλυτική προδιαγραφή

Αιμοστατικό σύστημα πολυσακχαρίτη από σωματίδια απορροφήσιμου τροποποιημένου πολυμερούς (Amp) και εφαρμογείς παροχής. Τα σωματίδια AMP να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα και να προέρχονται απο καθαρό φυτικό άμυλο. Η συσκευή να μην περιέχει συστατικά ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης. Το υλικό να έχει δυνατότητα παραμονής στον οργανισμό για 2-3 ημέρες και να απορροφά 3,5 gr υγρών ανά 0,0005 gr προϊόντος στα πρώτα 60''. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων, όπως ΩΡΛ, καρδιοχειρουργική, αγγειοχειρουργική, ουρολογία, γενική χειρουργική και γυναικολογία.

Να διαθέτει applicator μήκους 90mm, 200mm και 380mm, προκειμένου να είναι κατάλληλο για χρήση σε ανοιχτές, λαπαροσκοπικές και ρομποτικές επεμβάσεις.

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΑΙΑ