



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σπ. Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & Κ. ΛΟΥΡΟΥ, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3381387-210-3381367.FAX: 213-2162895

18/06/2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ

Να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Να είναι μιας χρήσης & να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία. Να είναι ιδανικό για ενδοσκοπική σύλληψη και εξαγωγή πολυπόδων, ξένων σωμάτων και βλωμών. Να αποτελεί ολοκληρωμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση, με καθετήρα PTFE, μεταλλική οβάλ βάση με χειροποίητα πλεγμένο δίχτυ ειδικής ύφανσης και λαβή χειρισμού. Η ενσωματωμένη λαβή να είναι 3ring, για χρήση με το ένα χέρι. Το δίχτυ να είναι μεγαλύτερης διάστασης από το βρόχο, ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του και να επιτυγχάνεται η σύλληψη πολλαπλών ξένων σωμάτων και πολυπόδων (3 κέρματα, 3 ή 4 πολύποδες κ.λπ.) με μία ενδοσκοπική εισαγωγή. Να πιστοποιείται από το εργοστάσιο κατασκευής η χειροποίητη πλέξη του. Το δίχτυ να περιβροχίζει το προς εξαγωγή σώμα, από κάθε δυνατό σημείο προσέγγισης, επάνω, κάτω και πλάγια, ώστε να εξασφαλίζεται η αφαίρεση του ανεξάρτητα από τη θέση του. Να είναι διαθέσιμο στους παρακάτω τύπους : 1) Standard polyp, για εξαγωγή πολυπόδων, με δίχτυ αραιής ύφανσης καθετήρα 2,5x2.300mm και δίχτυ 3x6cm. 2) Retriever - mini polyp με δίχτυ αραιής ύφανσης καθετήρα 2,8x2.300mm και δίχτυ 2x4,5cm. 3) Standard foreign body, για εξαγωγή ξένων σωμάτων, με δίχτυ πυκνής ύφανσης καθετήρα 2,5x1.600-2.300mm και δίχτυ 3x6cm. 4) Standard Παιδιατρικό / Βρογχοσκοπίου, για εξαγωγή ξένων σωμάτων, με δίχτυ πυκνής ύφανσης καθετήρα 1,8x1.600mm και δίχτυ 2x4,5cm 5) Standard Εντεροσκοπίου, για εξαγωγή πολυπόδων και ξένων σωμάτων, με δίχτυ πυκνής ύφανσης καθετήρα 2,5 x 3,500mm και δίχτυ 3x6cm και 6) με εναλλακτική πλέξη για περισσότερη αντοχή & ορατότητα, πλήρως περιστρεφόμενο κατά 360 μοίρες, καθετήρα 2,5 x 2,300mm και δίχτυ 3x5cm .

Ο συντ. διευθυντής

Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΜΚΑ: 23015700851 - Α.Μ. ΤΕΛ: 77679